


## DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO REFERÊNCIA
**11014**

NCM
**48.19.10.00**

CÓDIGO DE BARRAS EAN 13 (UC)
**7898963169437**

UNIDADE DE CONSUMO
**1 caixa**

CORES
**laranja, preto e branco**

VALIDADE
**5 anos**

ANVISA
**Isento**

CAPACIDADE TOTAL
**3 L**

CAPACIDADE ÚTIL
**2,1 L**

CAPACIDADE NOMINAL
**1,050 kg**

**Medida da caixa coletora em cm. C13 L11,5 A21**

## DADOS DE DESPACHO

DESCRIÇÃO FATURA
**Caixa Coletora Resíduos Químico e Quimioterapico 3L Cx C/20 Un**

CÓDIGO DE BARRAS DUM (UD)
**17898963169434**

EMBALAGEM
**Caixa de papelão com 20 unidades**

MEDIDAS EM CM
**C45 L20 A25**

PESO APROXIMADO
**3,530 kg**

CUBAGEM
**0,0212m³**

## NORMAS TÉCNICAS

ABNT
**13.853-1 | 7500**

FICHA TÉCNICA · FLEXPELL HOSPITALAR

# Coletor Quimioterápico 3L LARANJA QQ cx c/20 un

FLEXPELL · Cód. 11014 · Unidade: UN · Emb. 25 x 20 x 45 cm · Cubagem 0,0225 m³ · Peso 3,530 kg

### Características

Matéria-prima produzida em papelão ondulado pardo onda "B", tabuleiro, cinta e fundo de couro rígido (papelão couro) Laminado tipo alumínio, sacola de polietileno de alta densidade "PEBD".

### Recomendações e cuidados

1. Uso único, armazenar na embalagem original em local seguro, seco e sem odor.
2. Utilizado para descarte de materiais infectantes, perfurantes e ou cortantes.
3. Manusear afastado do corpo.
4. Não encher ultrapassando a linha pontilhada.
5. Não descartar em lixo comum, identificar após cheio e destinar o descarte conforme legislação ambiental vigente.
6. Não estéril.
7. Classe de risco I.
8. Na falta de qualquer item do coletor não utiliza-lo.
9. Fabricante não recomenda empilhamento do produto.

### Instrução de montagem

1. Dobrar 1ª aba, dobrar 2ª e 3ª aba simultaneamente, e dobrar 4ª aba até travar;
2. Abra as abas superiores do coletor;
3. Abra o saco plástico. Coloque o tabuleiro dentro do saco plástico;
4. Introduza também a cinta interna, posicionando-a em forma de triângulo sobre o tabuleiro;
5. Coloque o saco plástico já com o tabuleiro e a cinta dentro do coletor;
6. Coloque as sobras do saco plástico para dentro do coletor;
7. Introduza a bandeja impermeável dentro do saco plástico até o fundo;
8. Faça a montagem das alças duplas dobrando-as para dentro;
9. Posicione a orelha das alças para dentro, para apoio da tampa;
10. Não manuseie, entorte os perfurocortantes;
11. Travar o lacre para fechamento para descarte.
12. Identifique e date.

### Garantia

A garantia deste produto está limitada nos termos estabelecidos nesta ficha técnica, as informações estão sujeitas a alterações sem comunicação prévia.

Flexpell Hospitalar Ltda · Rua João Zamariam, 515 · Distrito Industrial II, Mococa/SP · CEP 13739-020
vendas@flexpell.com.br · (19) 3666-6200 · www.flexpell.com.br